K.

Rapport sur une addition a l'instrument de Mr Levret pour lier les polypes uterins, par Mr Keck Chirurgien major au regiment Suisse d'Eptingen.

Mr Keck a ajouté a la double Canule propre a tordre les deux extremités du fil d'argent qui embrasse le pedicule d'une tumeur polypeuse, un treuil par le moyen du quel on peut ~~s~~ rapetisser a volonté l'anse de ce fil sans le tordre, et consequemment eviter l'inconvenient de la rupture de ce fil, et avoir la de desserrer ~~le fil~~ lorsque ~~pour cet inconvenient~~ le cas l'exige.

En effet le fil susdit ~~se~~ casse souvent 1° quand après l'avoir eté tordu on le detord ou tourne en sens contraire 2° quand la portion liée ~~etant petite~~ on serre au dela du degré de compressibilité de cette portion, 3° quand la portion liée est grosse, le fil se rompt plus souvent mesme lorsqu'on ~~en~~ serrant moins que dans le cas precedent. on peut eviter la rupture dans le premier cas avec de la prudence a moins toutes fois qu'on ne soit forcé de desserrer la ligature. Lorsqu'elle arrive dans le second cas

ARC 39 n° 165

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

avec les ~~circonstances~~ que nous avons rapportées
~~est~~ il n'en resulte aucun inconvenient contre la
Guerison de la maladie, le fil sert casse au bout de
La Canule, Le pedicule reste serré et la torsion est
assez forte pour que la vie soit eteinte dans la
~~partie liée~~ tumeur liée

Quant au troisieme cas la rupture ne peut
estre attribuée a la torsion, ~~puisqu'elle~~ elle arrive
sans Elle, et elle ne depend que de ce que le
fil est trop foible pour l'effort qu'il a a
Soutenir. en ce dernier cas L'instrument de
Mr. Heck n'auroit aucun avantage sur
La double Canule telle que Mr Levret l'a donnée.
C'est au reste a l'experience a prononcer sur
Le merite de cette production; il n'y a aucun
inconvenient, il peut meme y avoir de
L'utilité a la conserver. Le 13 avril
1767. Morand